COMISSÃO DE LICITAÇÃO

RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 018/2020/FMS/SRP/PP

Após analisado o resultado do **Pregão Presencial 018/2020/FMS/SRP/PP**, o pregoeiro, **Sr. Luiz Henrique Lacerda Lopes**, ADJUDICA ao(s) licitante(s) vencedor(s) **ALTAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA CNPJ: 21.581.445/0001-82, P P F COM E SERV EIRELI CNPJ: 07.606.575/0001-00 E VIA FORTE DISTRIBUIDORA LTDA CNPJ: 26.879.526/0001-87** do respectivo item, conforme indicado no quadro abaixo, resultado da adjudicação.

RESULTADO DA ADJUDICAÇÃO

ITENS	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUAT. MÁX	MARCA	VAL. VENC.	EMP. VENC.
1	Incubadora de Transporte Neonatal Equipamento possui cúpula construída em acrílico transparente, com paredes duplas em toda sua superfície para proteção do paciente contra perda de calor. Base em material plástico, possuir alças para ransporte e dois suportes para cilindros de gases medicinais. Porta de acesso frontal e outra porta de acesso lateral, ambas com paredes duplas; possuir portinholas com manga punho e guarnições autoclaváveis em silicone atóxico; 1 portinhola tipo íris para passagem de tubos e drenos. Para-choque que protege todo o perímetro da incubadora. Deve possuir leito removível em material plástico antialérgico com dimensões que permitam adequada ergonomia para cintos de segurança em material macio e resistente, de fácil ajuste. Deve possuir colchão removível, impermeável e de material atóxico e auto-extinguível com espuma com densidade adequada, sem costura, prensada e capa removível. Entrada de oxigênio sem despejo de gás para a atmosfera, permitindo alta eficiência, economia e proteção, acoplada a suporte com altura ajustável, com rodízios e freios. Umidificação através de espuma sob o leito. Iluminação auxiliar com haste flexível para ajuste do foco. Deve possuir filtro de retenção bacteriológico. Painel de controle deve proporcionar a monitorização térmica do ambiente do paciente, possuir controle microprocessado de temperatura de ar do ambiente interno da incubadora e controle de temperatura do neonato mediante um sensor de temperatura de pele. Deve possuir alarmes audiovisuais para falta de energia elétrica e falta	Unid.	1	MILLENNIUM	34.999,00	ALTAMED

	de energia da bateria, bateria em carregamento, falta de circulação de ar, alta/baixa temperatura do ar, sensor do RN desconectado, Hipotermia/hipertermia, indicação do modo de alimentação, indicação das temperaturas do ar. Deve possuir indicação visual do status ligado/desligado do aparelho; deve possuir bateria recarregável com autonomia de pelo menos 4 horas; carregador automático do tipo flutuante incorporado. Acompanhar o equipamento, no mínimo: carro de transporte tipo maca, com altura ajustável, resistente à choques mecânicos, acoplável à ambulância, 2 cilindros em alumínio tipo D ou E para oxigênio ou ar comprimido com válvula redutora e manômetro, suporte de soro com altura ajustável, prateleira para colocação de periféricos; cabos de ligação, tubo de oxigênio com regulador e fluxômetro, colchonete confeccionado em material atóxico e demais componentes necessários a instalação e funcionamento do equipamento.Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.					
2	Cadeira de Rodas Adulto CONFECÇÃO EM AÇO OU FERRO PINTADO ESCAMOTEÁVEL COM APOIO PRO PÉ REMOVIVEL COM ELEVAÇÃO DE PÉ	Unid.	2	CARONE	1.300,00	PPF
3	Cadeira de Rodas Pediátrica CONFECÇÃO EM AÇO OU FERRO PINTADO ESCAMOTEÁVEL COM APOIO PRO PÉ REMOVIVEL COM ELEVAÇÃO DE PÉ	Unid.	1	CARONE	966,00	PPF
4	Cadeira de Rodas para Obeso CAPACIDADE DE 130 KG A 159 KG BRAÇOS PESCAMOTEÁVEL PÉ REMOVÍVEL	Unid.	2	CARONA	1.590,00	PPF
5	Aparelho para Fisioterapia por Microondas ELETRODOS MODO DE OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO	Unid.	1	SONOMED	4.700,00	PPF
6	Rampa para Alongamento Rampa com formato de cunha, construída em madeira marfim ou similar com base e piso revestido em material emborrachado antiderrapante. Dimesões aproximadas (AxLxB): 20 x 30 x 40cm.	Unid.	2	CARCI	120,00	PPF
7	Ultrassom para Fisioterapia FREQUÊNCIA 1 E 3 MHZ TELA LCD MODO DE EMISSÃO/ OPERAÇÃO CONTÍNUO E PULSADO	Unid.	1	IBRAMED	1.449,00	ALTAMED
8	Barras Paralelas para Fisioterapia COMPOSIÇÃO 2 METROS/ AÇO/ SEM PISO	Unid.	1	ARKTUS	1.459,00	ALTAMED
9	Mesa de Exames MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO CARBONO PINTADO / AÇO INÓX CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 KG ESTRUTURA GABINETE/ARMÁRIO	Unid.	4	MEDCLEAN	3.008,00	ALTAMED
10	Rampa com Degraus MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA / SIMILAR DEGRAUS 04	Unid.	1	ARKTUS	1.165,00	ALTAMED

11	Prono-supinador Prono-supinador, exercitador rolo e rotor de punho, para exercícios de prono-supinação e flexo-extensão de punho, montado em um suporte de madeira para ser fixado na parede. Rolo em estrutura de madeira com regulagem de resistência, rotor em estrutura metálica com empunhadeira de madeira e com resistência regulável. Medidas aproximadas 25 x 15 x 15 cm.	Unid.	2	CARCI	400,00	ALTAMED
12	Bicicleta Ergométrica Vertical Funções mínimas no Painel: Display com informações de RPM, tempo, velocidade, distância, pulso e calorias. Programas: mínimo de 8 programas pré-definidos, com regulagem de esforço . Sensor cardíaco: Hand Grip. Equipamento Eletromagnético. Assento com ajuste de altura, pedais com cinta para os pés. Guidão ergonômico e emborrachado. Peso do usuário de no mínimo 120 kg. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	Unid.	2	MOVENT	3.940,00	PPF
13	Cadeira MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO ASSENTO E ENCOSTO POLIPROPILENO	Unid.	4	SALUTEM MOVEIS	99,00	ALTAMED
14	Esteira Ergométrica Esteira ergométrica para exercícios de reabilitação física. Motor de no mínimo 2,0 HP. Inclinação manual. Velocidade mínima: 12 km/h. Sensor de batimento cardíaco hand grip. Lona com medidas aproximadas de: 120 x 38 cm. Monitor de LCD. Mínimo de 3 programas automáticos de velocidade e inclinação. Funções do painel: tempo, distância, velocidade, calorias e batimento cardíaco. Peso suportado: 120 kg.	Unid.	2	KIKOS	3.954,00	PPF
15	TENS e FES 04 CANAIS	Unid.	1	IBRAMED	1.279,00	ALTAMED
16	TENS - Estimulador Transcutâneo 02 CANAIS	Unid.	1	IBRAMED	719,00	ALTAMED
17	Barras Paralelas para Fisioterapia COMPOSIÇÃO 2 METROS/ AÇO/ SEM PISO	Unid.	1	ARKTUS	1.459,00	ALTAMED
18	Divã MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO OU FERRO REVESTIMENTO PINTADO ESTOFADO COM REGULAGEM DA CABECEIRA	Unid.	1	FORÇA MEDICA	909,00	ALTAMED
19	Aparelho de Luz Infravermelho ILUMINAÇÃO 150 W PORTÁTIL COM SUPORTE COM RODÍZIOS	Unid.	1	PHILIPS	547,00	ALTAMED
20	Bisturi Elétrico (a partir de 151 W) Gerador com potência de 300W, microcontrolado por microprocessadores, capaz de ler a impedância dos tecidos nos modos bipolar e corte. Deve possuir tecnologia que proteja o paciente contra queimaduras em locais alternativos, principalmente com o uso de eletrodos de ECG. Os controles de energia podem ser ajustados através dos painéis com membranas a prova d água com leitura digital de potência. Modos de operação no mínimo: Bipolar, Monopolar.	Unid.	1	DELTRONIX	19.465,00	ALTAMED

	Especificação mínima do gerador: Corte puro (300W), Blend (130W), Coagulação (120W) e Bipolar (70W). Deve possuir regulador de alarme sonoro. Deve ser compatível com sistema de gás argônio. Acessórios que acompanham o equipamento: 01 carro de transporte e 01 pedal bipolar. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.					
21	Foco Cirúrgico de Teto Foco cirúrgico de teto com duas cúpulas, com lâmpadas de LED e controle eletrônico de intensidade que atenda as especificações a seguir: fixação ao teto através de haste central única e devem possuir braços articulados independentes para cada cúpula, que permita os movimentos de torção, flexão e rotação em torno da haste central; Pelo menos uma das cúpulas deverá ser provida de sistema que permita que a mesma fique a altura de 1 metro a partir do piso (altura da mesa cirúrgica) com o foco perpendicular à mesma (iluminação de cavidades); Para sustentação das cúpulas não deve ser empregado sistema de contrapesos, mas sim, sistema de freio adequado que permita que a cúpula fique estável na posição em que foi colocada; Sistema de suspensão leve, facilitando o movimento e fornecendo rápida estabilidade; Cada cúpula deverá ser dotada com sistema de iluminação por luz branca fria LED, fornecendo luz corrigida de cor próxima ao branco natural; Emprego de sistema de redução de sombra; Filtragem eficiente de raios infravermelhos e redução de radiação ultravioleta; O índice de reprodução de cores deve ser de 90 ou maior e temperatura de cor de 4200 K ou maior; A intensidade luminosa de cada cúpula deverá ser igual ou maior do que 120.000 Lux, medidos a 1 (um) metro de distância. A iluminação do campo deve ser perfeita e isenta de sombras; Cada cúpula deve possuir sistema eletrônico de controle da intensidade luminosa disposto no próprio braço da cúpula com a utilização de teclado tipo membrana de fácil higienização e via manopla existente no centro da cúpula; Proteção do sistema eletrônico com fusível, substituível; Manopla de focalização facilmente retirável sem a utilização de ferramentas e autoclavável, permitindo ajuste pelo cirurgião durante o procedimento e através de painel eletrônico; Diâmetro de campo focal de 200 mm ou maior, para cada uma das cúpulas; As cúpulas devem ser providas de sistema de dissipação de calor voltada para fora do campo cirúrgico, impedindo aumento de	Unid.	1	MEDPEJ/FL 2000 TLM 24X24E	68.000,00	VIA FORTE

	temperatura sobre o cirurgião e paciente; Vida útil do sistema de iluminação LED de 30.000 horas ou maior.					
22	Suporte de Hamper EM AÇO INOXIDÁVEL	Unid.	1	TECH MOVEIS	550,00	ALTAMED
23	Cadeira para Turbilhão REGULAGEM DE ALTURA MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO / FERRO PINTADO RODÍZIOS E ASSENTO GIRATÓRIO	Unid.	1	CARCI	790,00	PPF
24	Turbilhão MATERIAL DE CONFECÇÃO FIBRA DE VIDRO / INDICAÇÃO MEMBROS INFERIORES E SUPERIORES	Unid.	1	CARCI	9.625,00	PPF
25	Escada Linear para Marcha (sem rampa) Escada linear para marcha sem rampa construída em madeira envernizada, corrimãos duplos com regulagem para adultos e crianças. Degraus e plataforma revestidos com material sintético antiderrapante. Dimensões aproximadas: 158,0 cm x 84,0 cm x 120,0 cm (comprimento x largura x altura).	Unid.	1	ARKTUS	1.452,00	ALTAMED
26	Aparelho para Tração Ortopédica TIPO CERVICAL PORTA	Unid.	1	DILEPÉ	316,00	ALTAMED
27	Andador EM ALUMINIO	Unid.	1	ORTOPROX	268,00	ALTAMED
28	Balancim Proprioceptivo EM AÇO CARBONO/PLATAFORMA EM MADEIRA ANTIDERRAPANTE	Unid.	1	ARKTUS	328,00	ALTAMED
29	Mesa Ortostática Mesa construída em estrutura tubular de aço com acabamento em pintura eletrostática ou similar, montada sobre rodízios, com sistema de freios. Tampo com regulagem de altura e sistema de inclinação elétrica de 0 grau a 90 graus realizada por meio de controle remoto de fio, com sistema anti-quedas. Encosto estofado de densidade mínima de 33 e revestimento em material courvim ou similar. Capacidade de carga de no mínimo 100 quilos. Possuir base de apoio para os pés. Deve acompanhar 01 jogo de faixas para fixação do paciente, 01 apoio estofado de cabeça, 01 apoio estofado de tronco, 01 apoio estofado de quadril, 01 par de bloqueadores para joelhos e mesa removível de atividades, todos com regulagem de altura e ou largura. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.	Unid.	1	ARKTUS	5.370,00	PPF
30	Tábua de Quadríceps MATERIAL DE CONFECÇÃO MADEIRA COM REGULÁGEM DE INCLINAÇÃO	Unid.	2	ZILMOVEIS	140,00	ALTAMED
31	Podoscópio *Base construída em poliestireno ou material similar com iluminação e espelho.	Unid.	1	PODO TECH	2.273,00	ALTAMED
32	Dinamômetro Manual portátil, capacidade mínima de 50 kgf, divisões 500 gf, fabricado em aço, composto por elementos elásticos de aço, mostrador tipo relógio por leitura simples e direta.	Unid.	1	CARCI	1.887,00	ALTAMED

33	Simetrógrafo Portátil com estrutura em alumínio anodizado ou similar, dobrável com dispositivo para nivelamento dos pés. Possui núemros na parte superior e letras na lateral. Dimensões mínimas (aberto): 2 x 1 m. Dimensões mínimas (fechado): 1 x 1 m.	Unid.	1	SANNY	735,00	ALTAMED
34	Tábua de Tríceps MADEIRA/MDF COM PISO ANTIDERRAPANTE COM REVESTIMENTO	Unid.	2	CARCI	130,00	PPF

NOVA ESPERANÇA DO PIRIÁ, 13 de abril de 2020.

Luiz Henrique Lacerda Lopes
Pregoeiro